

CODIGO CONVOCATORIA CFX01C22

ANUNCIO DEL TRIBUNAL CALIFICADOR DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE TÉCNICOS ESPECIALISTA, OPCIÓN ANALISTA DE LABORATORIO CONVOCADAS POR ORDEN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022, DE LA CONSEJERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (BORM DE 19 DE DICIEMBRE 2022 N° 291).

El tribunal calificador ha procedido a la revisión de las reclamaciones presentadas contra la Resolución Provisional por la que se publica la relación de aspirantes que han realizado el ejercicio único de 19 de abril de 2024 llegando a los acuerdos que a continuación se **EXPONEN**:

PREGUNTA	DNi/NIE	RESPUESTA	MOTIVACIÓN
11	***5883**	ESTIMADA	La pregunta no se encuentra dentro del temario de materias comunes de la oposición, por lo tanto se aceptan las alegaciones y se declara NULA.
14	***3153** ***2677** ***2673** ***2697** ***8261**	ESTIMADA	Se declara NULA, ya que todas influyen en la velocidad de las reacciones químicas.
15	***2677** ***8261**	DESESTIMADA	Al no especificar si es para análisis cualitativo o cuantitativo, la porción a tomar tiene que ser lo más representativa posible tanto cualitativamente como cuantitativamente y eso se consigue tomando el volumen lo más exacto posible.
29	***9392**	ESTIMADA	Se declara NULA, por error tipográfico en su elaboración.
33	***9339**	DESESTIMADA	En respuesta a la reclamación, el tribunal dio como respuesta correcta la a), la misma que indica el reclamante.
35	***2697**	DESESTIMADA	Calibrar es comparar con un patrón para determinar el error, precisión etc, mientras que ajustar es llevar al valor a través de algún mecanismo. Hay instrumentos que se pueden calibrar pero no ajustar.
46	***5883** ***6526** ***2697**	DESESTIMADA	Según institutodelagua.es y Universidad Politécnica de Cartagena (Características físicas, químicas y biológicas de las aguas Profesor Rafael Marín Galvín), el olor y el sabor si es una característica físico-química del agua, y la corrosividad no es una característica físico-química del agua.
48	***9392**	DESESTIMADA	Medio del cultivo utilizado principalmente para identificación y aislamiento de bacterias anaerobias, la respuesta C a la que hace referencia el reclamante indica bacterias aerobias.
52	***5883**	DESESTIMADA	La pregunta indica que es para el proceso de control y prevención de legionella y especifica evitar inhalación de bacterias, y según el Real Decreto 487/2022, la mascarilla aconsejada en este caso es la FFP3 que es la que mayor protección aporta al trabajador.

06/05/2024 13:55:27

PANALES GONZALEZ, ROSENDO

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros. Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: <https://sede.carm.es/verificardocumentos> e introduciendo el código seguro de verificación (CSV) CARM-86544f00-0b9f-9523-404b-0050569b6280



62	***2697**	ESTIMADA	Error tipográfico al redactar la pregunta.
67	***2673**	DESESTIMADA	El rotavapor se utiliza para separar disolventes de mezclas líquidas, no se parte de un sólido. La Coquización es una destilación seca, se parte de un sólido.
68	***3153** ***2677**	DESESTIMADA	En la pregunta dice que son medios de cultivo, por lo que todas las respuestas hace referencia a medios de cultivo, y la respuesta d) habla de medios de cultivo diferenciales. La única respuesta falsa es la b).
79	***8261**	DESESTIMADA	La justificación de esta pregunta es que hay que eliminar la interferencia de los reactivos en las medidas de las distintas diluciones y muestras, y la respuesta a) solo habla de agua ultrapura y la respuesta d) la correcta habla del blanco preparado, el cual lleva todo.
82	***2697**	DESESTIMADA	Esta pregunta está dentro el supuesto práctico número 1, y se da una tabla con datos de unas Absorbancias frente a concentraciones de Nitritos y se representan en una gráfica, dando unos datos que se reflejan en ella, con una ecuación para la obtención de los mismos, siendo indiferente si se trata de una curva o una recta.
85	***3153**	DESESTIMADA	Este pictograma vale tanto para gases inertes como para inflamables o explosivos. https://www.uv.es/uvweb/master-prevencion-riesgos-laborales/es/blog/clasificacion-peligros-gases-comprimidos-1285959319425/GasetaRecerca.html?id=1285975057897
90	***2673** ***6526**	ESTIMADA	Error tipográfico al redactar la pregunta.
95	***6526**	DESESTIMADA	Bibliografía aplicada: Manual de laboratorio de María Teresa Castaneda Briones y Manual de prácticas de laboratorio. Microbiología de los alimentos de Gabriela Rodríguez Serrano y Arely Prado Barragán.

EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL,

(documento firmado electrónicamente)

Fdo.: Rosendo Panales González

